ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-452	PS/PF/50867

PRODUCTO
Ventiladores Monnal T60, referencia KA010000 y Ventiladores Monnal T60 JP, referencia KA013700.

FINALIDAD PREVISTA
Los ventiladores Monnal T60 están diseñados para la atención al paciente en el hospital y, en particular, para el transporte pre/intra y extra hospitalario.

FABRICANTE
Air Liquide Medical Systems, Francia.

DISTRIBUIDOR
Insanex S.L., Camino Bajo de Getafe 3, Polígono Industrial Sevilla, 28946 Fuenlabrada, Madrid

ASUNTO
Advertencias de seguridad y actualización del software de los ventiladores Monnal T60, debido a la posibilidad de que en determinados equipos no se activen las alarmas que avisan del final de la autonomía de la batería interna del dispositivo lo que impide anticipar la instalación de una nueva fuente de alimentación.

INFORMACIÓN ADICIONAL
En marzo de 2019 Air Liquide Healthcare remitió una nota de aviso relacionada con la posibilidad de que en determinados ventiladores Monnal T60 no se activen las alarmas que avisan del final de la autonomía de la batería interna del dispositivo lo que impide anticipar la instalación de una nueva fuente de alimentación. La AEMPS transmitió esta información el 12 de abril de 2019, alerta 2019-173.

La empresa está remitiendo una nueva nota de aviso en la que informa que está disponible una nueva versión de software 2.7.1 cuya instalación solucionará el problema comunicado en la primera nota y que se han modificado las recomendaciones de sustitución de la batería interna, la cual se tendrá que sustituir cada dos años en lugar de cada tres años.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa