ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-455	PS/SSH/53989

PRODUCTO
Cassette de confirmación ABD de Ortho BioVue® System. Referencia 707135.

FINALIDAD PREVISTA
Prueba cualitativa para confirmar la presencia de antígenos A (ABO1), B (ABO2) y D (RH1) en eritrocitos humanos.

Nº LOTE
ACC054H.

FABRICANTE
Ortho Clinical Diagnostics, Reino Unido.

DISTRIBUIDOR
Ortho-Clinical Diagnostics Spain S.L.U., Avda Partenón 10 - 3ª Planta, Campo de las Naciones, 28042 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad, debido a la posibilidad de obtener resultados falsos negativos con el reactivo Anti-D (RH1), cuando se utiliza la columna 6, del lote ACC054H del cassette de confirmación ABD de Ortho BioVue® System.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa.