ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-458	PS/AG/54004

PRODUCTO

Instrumental quirúrgico de Panneti, referencias 10-806-12, 10-807-12, 10-808-12, 10-809-12, 10-810-12, 10-811-12, 10-812-12, 10-815-12, 10-817-12, 10-818-12, 10-819-12, 10-830-17, 10-867-12, 15-808-12, 20-001-15, 20-002-15, 20-003-15, 30-1834, 30-1836, 30-1838, 30-1840, 30-1842, 30-1844, 30-1846, 30-1852, 30-1856, 30-1858, 30-1860, 30-1870, 30-1835.

FINALIDAD PREVISTA

Instrumental quirúrgico reutilizable para el tratamiento de neurinoma acústico y para procedimientos quirúrgicos invasivos de ORL y/o para cirugías de cabeza y cuello excluyendo las áreas relacionadas con el sistema circulatorio central (SCC) y el sistema nervioso central (SNC).

FABRICANTE

Spiggle & Theis Medizintechnik GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR

Suministros Hospitalarios, S.A., Carrer de Tortosa, 199-201, 08918 Badalona, Barcelona.

ASUNTO

Advertencias de seguridad y actualización de las instrucciones de uso de determinadas referencias del Instrumental quirúrgico de Panneti, debido a la posibilidad de rotura cuando se le aplica una fuerza excesiva.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa