ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-463	PS/CH/54015

PRODUCTO
Analizador Atellica® CH 930, Numero de material Siemens (SMN) 11067000

FINALIDAD PREVISTA
Analizadores de inmunoensayo y bioquímica clínica.

VERSION SOFTWARE
Atellica Software (SW) V1.19.2 e inferiores.

FABRICANTE
Siemens Healthcare Diagnostics Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR
Siemens Healthcare S.L.U., Avenida Leonardo Da Vinci, 15, 28906 Getafe, Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad debido a la posibilidad de que el analizador Atellica® CH 930, con versión de software V1.14.2 y anteriores, informe índices séricos incorrectos para Hemólisis (H) y Lipemia (L), cuando se utiliza la prueba UN_c como prueba de donante, y la función de Hemólisis, Ictericia, Lipemia (HIL) está habilitada.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa