ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-469	PS/NA/53877

PRODUCTO

- Pilar provisional rotatorio CC RP, referencia 36662 y nº de lote 13078005
- Temporary Abutment no rotatorio CC RP, referencia 36664 y nº de lote 13077622
- Pilar Esthetic Abutment CC RP 1,5mm, referencia 36669 y nº de lote 13077560
- Pilar Snappy Abutment 5.5 CC RP 3mm, referencia 36683 y nº de lote 13077700
- Pilar base universal CC RP 1,5mm, referencia 38214 y nº de lote 13076822
- Pilar provisional Snap no rotatorio CC RP 1,5mm, referencia 38761 y nº de lote 13077550 y 13077551

FINALIDAD PREVISTA

Pilar de implante dental

FABRICANTE

Nobel Biocare AB, Suiza.

DISTRIBUIDOR

Nobel Biocare Ibérica S.A. C/ Josep Pla 2, Torre B2 pl.9, 08019 Barcelona.

ASUNTO

Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de pilares de implantes dentales debido a que pueden contener un tornillo de tamaño incorrecto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa.