ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-471	PS/ME/54114

PRODUCTO
Sistema de implantación Micra™ incluido en el sistema de estimulación transcatéter Micra™, modelo MC1VR01.

FINALIDAD PREVISTA
Sistema que permite la implantación y recuperación del sistema de estimulación transcatéter Micra™.

FABRICANTE
Medtronic Inc. Estados Unidos.

DISTRIBUIDOR
Medtronic Ibérica, C/ María de Portugal, 11, 28050 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad y actualización de las instrucciones de uso y de la guía rápida del procedimiento de implante del sistema de estimulación transcatéter Micra™ para incluir información específica sobre la extracción del hilo para liberar el marcapasos del sistema de implantación durante el implante.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso de la empresa