MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-476	PS/PPR/53542

PRODUCTO
COOLTECHNOLOGY (Sistema COOLTECH)

FINALIDAD PREVISTA
Equipo para tratamientos médicos estéticos de reducción de grasa aplicando frío de una manera controlada a las células adiposas

Nº DE SERIE
Del 521007UC-01605 al 521007UC-01849

FABRICANTE
High Technology Products, S.L.U., España

DISTRIBUIDORES

- High Technology Products, S.L.U., Passatge Masoliver, 24-28, 08005 Barcelona
- Tecnomédica Canaria, S.L., Carretera de las torres 21, 35010 Las Palmas de Gran Canaria
- Reference Medical Productos y Servicios, S.L., calle de Valle del Roncal, 12-10 planta 1, 28232 Las Rozas, Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con determinados números de serie del COOLTECHNOLOGY (Sistema COOLTECH) debido a que podrían presentar una desviación en las corrientes de contacto en condición de primer defecto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 21/08/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: Y F D Z 7 4 S 3 F 9

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89