ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-478	PS/SM/54159

PRODUCTO

Ensayo Tina-quant Soluble Transferrin Receptor (STFR), referencias 20763454122 (cobas c 311, cobas c 501/502, COBAS INTEGRA 400 plus) y 05950821190 (cobas c 701/702)

FINALIDAD PREVISTA

Test in vitro para la determinación cuantitativa del receptor soluble de la transferrina (STFR) en suero y plasma humanos en varios sistemas.

FABRICANTE

Roche Diagnostics GmbH, Alemania

DISTRIBUIDOR

Roche Diagnostics S.L.U. Avda. de la Generalitat, 171-173, E-08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona

ASUNTO

Advertencias de seguridad y actualización de las instrucciones de uso del ensayo Tina-quant Soluble Transferrin para incluir los nuevos límites de interferencia de factores reumatoides (FR).

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa