ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-484	PS/PPR/53708

PRODUCTO

Calibration Serum Level3, nº de catálogo CAL2351, utilizado con los controles:

- Bovine Chemistry Assayed nº de catálogo AE1032 AL1027 AN1026
- Liquid Assayed Chemistry Control Premium nº de catálogo LAN4216 LAE4217
- Assayed Chemistry Control Premium Plus nº de catálogo HN1530 HE1532

FINALIDAD PREVISTA

Calibration Serum Level3 es un calibrador de múltiples analitos diseñado para su uso en la calibración de parámetros de química clínica en la serie de analizadores Randox.

Nº DE LOTE

Desde el lote 961UE en adelante.

FABRICANTE

Randox Laboratories Ltd, Reino Unido.

DISTRIBUIDOR

Laboratorios Randox, SL., calle Prat de la Riba 226,1º, 08901 Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

ASUNTO

Advertencia de seguridad debido a la modificación de los objetivos de calibración de la serie de analizadores Randox para la aspartato aminotransferasa (AST) y alanina aminotransferasa (ALT)

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 02/09/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: 4 L J X Z L N 0 4 D