ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-487	PS/PPR/54269

PRODUCTO
Motores CentriMag, Nº de referencia 201-10002

FINALIDAD PREVISTA
El Sistema CentriMag está indicado para asistir a uno o ambos ventrículos cardíacos durante un período máximo de 30 días.

Nº SERIE
Ver los números de serie afectados en el anexo a la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Thoratec Switzerland GmbH, Suiza

DISTRIBUIDOR
Abbott Medical España S.A., Avenida de Burgos 91, 28050 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con la posibilidad de que en determinados números de serie de los Motores CentriMag, nº de referencia 201-10002 se produzcan problemas en el motor como resultado de las interferencias electromagnéticas.

RECOMENDACIONES AEMPS
La AEMPS, consultada la Sociedad Española de Cardiología (SEC), considera adecuadas las recomendaciones de la empresa para el seguimiento de los pacientes implantados.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa
- Listado de unidades afectadas en España