ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-489	PS/SM/54282

PRODUCTO
Analizador IH-1000, número de catálogo 001000

FINALIDAD PREVISTA
Analizador de inmunohematología / banco de sangre para diagnóstico in vitro, automático

VERSION SOFTWARE
V04.07.03

FABRICANTE
DiaMed GmbH, Suiza

DISTRIBUIDOR
Bio-Rad Laboratories S.A., El soto de la Moraleja, Calendula 95, 28109. Alcobendas, Madrid

ASUNTO
Advertencia de seguridad debido a que en determinadas condiciones de uso el analizador IH-1000, número de catálogo 001000 puede presentar una anomalía y generar un resultado más débil o un falso negativo.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa