ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-491	PS/PF/54324

PRODUCTO

Citómetros de flujo BD FACSLyric™:

- FACSLyric 2L4C, referencia 651164
- FACSLyric 2L6C, referencia 651165
- FACSLyric 3L8C, referencia 654587
- FACSLyric 3L10C, referencia 659180
- FACSLyric 3L12C, referencia 663029

FINALIDAD PREVISTA

Dispositivo de diagnóstico in vitro para la identificación y enumeración de subpoblaciones de células humanas mediante citometría de flujo.
BD Multitest™ y BD TriTest™ en combinación con los tubos BD Trucount™ están destinados a utilizarse con los citómetros de flujo BD FACSLyric™ para la evaluación inmunológica de individuos normales y pacientes que presentan inmunodeficiencia o sospecha de esta.

FABRICANTE

Becton, Dickinson and Company, EEUU

DISTRIBUIDOR

Becton Dickinson, S.A., Camino de Valdeoliva s/n, 28750 San Agustín de Guadalix, Madrid

ASUNTO

Advertencias de seguridad debido a la posibilidad de que al utilizar determinados citómetros de flujo BD FACSLyreic™ con los tubos BD Trucount™ y los reactivos BD Multitest™ y BD TriTest™, se obtengan recuentos con interrupciones (abortos) excesivos dando lugar a recuentos absolutos de células falsamente altos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa