ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-499	PS/PRV/54406

PRODUCTO

- Bandeja tibial Vanguard XP-CR
- Bandeja tibial Vanguard XP-XP

REFERENCIA Y Nº LOTE

Ver referencias y números de lote afectados en el anexo 2 de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

Biomet Orthopaedics, EEUU.

DISTRIBUIDOR

Zimmer Biomet Spain, S.L.U. C/ Metalurgia 32, 1ª planta, 08038 Barcelona.

ASUNTO

Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de bandejas tibiales Vanguard XP-CR y Vanguard XP-XP, debido a la posibilidad de que contengan una rebaba que podría impedir su acoplamiento total con la barra de bloqueo durante la intervención.

RECOMENDACIONES AEMPS

La AEMPS, consultada su red de expertos en la especialidad de cirugía ortopédica y traumatología, considera adecuadas las medidas tomadas por la empresa.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 12/09/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: V A 5 L F Z Y 3 C E

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89