ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-495	PS/CH/54439

PRODUCTO
Cánula Lumbar SPROTTE® con introductor. Modelos 321151-30C y 331151-31B

Nº DE LOTE
Del 1240 al 1313

FABRICANTE
Pajunk GmbH Medizintechnologie, Alemania.

DISTRIBUIDOR
MOVACO, S.A., C/Can Guasch, 2, CP 08150 Parets Del Vallès, Barcelona.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de la Cánula Lumbar SPROTTE® con introductor, debido a un problema en el sellado de los envases por lo que la esterilidad de los productos podría verse comprometida.

DOCUMENTOS ADJUNTOS
- Nota de aviso empresa