ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-497	PS/MTM/50356

PRODUCTO
Catéter intravascular de seguridad ProtectIV® Plus, modelo 306701

Nº LOTE
Ver nºs de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Smiths Medical ASD, Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR
Smiths Medical Nederland B.V., Jagersbosstraat 28, 5241 JT Rosmalen, Holanda.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados lotes del catéter intravascular de seguridad ProtectIV® Plus, modelo 306701, debido a la posibilidad de que el mecanismo de seguridad no se active correctamente.

INFORMACION ADICIONAL
En febrero de 2019, el fabricante remitió una nota de aviso informando de la retirada de determinados lotes del catéter intravascular de seguridad ProtectIV® Plus, modelo 306701. La AEMPS transmitió esta información el 28 de febrero de 2019, alerta 2019-111.

Tras la comunicación de febrero de 2019, la empresa por error ha continuado distribuyendo lotes afectados por la retirada del mercado tanto a centros afectados por la anterior retirada como a nuevos centros.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa con fecha febrero 2019