ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-502	PS/PF/54378

PRODUCTOS AFECTADOS EN ESPAÑA

Equipos esterilizados de paños quirúrgicos Barrier® para ortopedia:

- Equipo de extremidades, referencia 60209-00, nº de lote 19239134
- Equipo de pie/mano, referencia 60303-00, nº de lote 19244796
- Equipo de cadera, referencia 60608-00, nº de lote 19237341
- Equipo universal básico con F.M.M., referencia 698900-07, nº de lote 19239130
- Equipo universal, referencia 699054-07, nº de lote 19232897, 19239128 y 19239129
- Equipo universal, referencia 699340-07, nº de lote 19244794 y 19244802

FABRICANTE

Moölnlycke Health Care AB, Suecia

DISTRIBUIDOR

- Mediport, S.L., Paseo Ibaialde 309, 31192 Mutilva Baja, Navarra
- Area Medica S.L., Calle de la Collita 32-34, 8191 Rubí, Barcelona

ASUNTO

Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de los equipos esterilizados de paños quirúrgicos Barrier® para ortopedia, debido a la posibilidad de que el envase primario tenga perforaciones y como consecuencia la esterilidad del producto podría verse comprometida.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa