MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2019-508 | PS/CH/54364 |

**PRODUCTO**
Filtro Arterial QUART. Referencias 70100.4263, 70103.1617, 70100.2652, 70106.4969, 70101.2811, 70103.2033, 70104.8784.

**Nº DE LOTE**
La empresa indicará a cada centro en su nota de aviso los números de lote afectados.

**FABRICANTE**
Maquet Cardiopulmonary GmbH, Alemania.

**DISTRIBUIDOR**
GETINGE Group Spain, C/ Marie Curie 5, Edif. Alfa, oficinas 6.1-6.2, 28521 Rivas Vaciamadrid, Madrid.

**ASUNTO**
Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de los Filtros Arterial QUART, debido a que la integridad de su sistema de barrera estéril puede verse comprometida durante el transporte.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS**

- Nota de aviso empresa

**Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios**
**Fecha de la firma: 13/09/2019**
*Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es*
**Localizador: Y 9 6 8 P V T 6 4 E**



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89