ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-511	PS/PF/54495

PRODUCTO

Analizador Atellica® UAS 800 y Sistema Automatizado de Urianálisis Atellica® 1500, SMN (Siemens Material Number) 11065004

FINALIDAD PREVISTA

El Analizador Atellica® UAS 800 y el Sistema Automatizado de Urianálisis Atellica® 1500, son sistemas de uso in vitro utilizados para el análisis de sedimentos en la orina.

VERSION SOFTWARE

V4.0.200 y V4.0.220

FABRICANTE

Siemens Healthcare Diagnostics Inc., EEUU

DISTRIBUIDOR

Siemens Healthcare S.L.U., Avda. Leonardo da Vinci 15, 28906 Getafe, Madrid

ASUNTO

Advertencia de seguridad debido a la posibilidad de que se obtengan resultados erróneamente bajos en el análisis de sedimentos de orina con determinadas versiones de software del Analizador Atellica® UAS 800 y del Sistema Automatizado de Urianálisis Atellica® 1500 cuando se introduce un factor de dilución en el LIS (Sistema de información de laboratorio)

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa