ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-514	PS/PPR/54256

PRODUCTO
Catéter TrapLiner™, Modelo 5567 7F

FINALIDAD PREVISTA
Indicado para su uso conjuntamente con catéteres guía para acceder a regiones discretas de la vasculatura periférica y/o coronaria, para facilitar la colocación de dispositivos de intervención y el intercambio de un dispositivo de intervención mientras se mantiene la posición de un alambre guía dentro de la musculatura.

Nº LOTE
641224

FABRICANTE
Vascular Solutions, EEUU

DISTRIBUIDOR
Teleflex Medical, calle Quito s/n, polígono industrial Camporroso Nave 1-5, 28806 Alcalá de Henares (Madrid).

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionada con el lote 641224 del Catéter TrapLiner™, Modelo 5567, debido a un error en el calibre indicado en el eje que muestra 8F en lugar de 7F.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa