ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-509	PS/PRV/54493

PRODUCTO
Sistema de rayos X móvil FDR Go.

FINALIDAD PREVISTA
Equipo de rayos X para la realización de radiografías en la cama del paciente.

Nº SERIE
La empresa indicará a cada centro en su nota de aviso los números de serie y configuración afectados.

FABRICANTE
SHIMADZU Corporation, Japón.

DISTRIBUIDOR
FUJIFILM Europe B.V. C/ Aragón 180, 08011 Barcelona.

ASUNTO
Advertencias de seguridad y actualización del software de determinados sistemas móviles de rayos X FDR Go, debido a la posibilidad de que se produzca un error del sistema tras la toma de una radiografía inmediatamente después de que el sistema se haya restablecido del modo reposo del monitor, lo que haría necesario repetir la toma de imagen.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa