ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-516	PS/NA/54472

PRODUCTO
Desfibrilador externo Corpuls1.

VERSION SOFTWARE
Versión 1.0.1.

FABRICANTE
GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Hospital Hispania S.L., Avenida Camino de lo Cortao 6, nave 3, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad y actualización del software de los desfibriladores externos Corpuls1 con versión 1.0.1 debido a un fallo de funcionamiento por el que no reconocen a los electros de desfibrilación “corPatch easy con estado de revisión >= BA00000001”, y no se puede realizar ningún tratamiento en el paciente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa.