MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-518	PS/NC/54081

PRODUCTO

- Camillas de ducha Concerto y Basic, modelos BAB2000-01 y BAB5000-01, fabricadas entre noviembre de 2018 y junio de 2019, rango de números de serie: P0512263 a P0551621.
- Camillas Concerto y Basic equipadas con las siguientes piezas de recambio afectadas (cierre de seguridad): 8451622, 8546608, S8533571-031, S8533572-031, S8533570-031, S8542201-014, S8523559-031, 100-805-03, 100-806-03, durante intervenciones de servicio técnico del 27 de noviembre de 2018 al 14 de junio de 2019.

FABRICANTE

ArjoHuntleigh AB, Suecia.

DISTRIBUIDOR

ARJO IBERIA S.L.,C/ Alguer 7, Nave 4, 08130 Santa Perpetua de Mogoda, Barcelona.

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con un posible fallo mecánico en uno de los brazos del cierre de seguridad de determinadas Camillas Concerto y Basic, que puede generar la apertura involuntaria del soporte lateral y el potencial riesgo de caída del paciente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 19/09/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: X D T A 9 X K 3 5 8

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89