ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-517	PS/PPR/54435

PRODUCTO

- Analizador Atellica® IM 1300, Numero de material Siemens (SMN) 11066001
- Analizador Atellica® IM 1600, Numero de material Siemens (SMN) 11066000

FINALIDAD PREVISTA

Analizadores de inmunoensayo y bioquímica clínica.

VERSION SOFTWARE

Atellica Solution (SW) v1.19.0 y v1.19.2.

FABRICANTE

Siemens Healthcare Diagnostics Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR

Siemens Healthcare S.L.U., Avenida Leonardo Da Vinci, 15, 28906 Getafe, Madrid.

ASUNTO

Advertencia de seguridad debido a la posibilidad de que se produzcan dos tipos de incidencias cuando se lee la curva maestra/definición de prueba (TDef) de un nuevo lote de reactivo en los analizadores Atellica IM 1300 y 1600, con versión de software v1.19.0 y v1.19.2

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa