ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-522	PS/PRV/54541

PRODUCTO

- Dispositivos de anestesia Aespire 7100/Carestation (versión de software 1.x), fabricados antes de octubre de 2010.
- Dispositivos de anestesia Aestiva 7100 (versión de software 1.x), fabricados antes de febrero de 2014.
- Dispositivos de anestesia Aestiva 7900 (versión de software 1.x, 2.x y 3.x), fabricados antes de marzo de 2004.
- Dispositivos de anestesia Aestiva MRI (versión de software 3.x), fabricados antes de julio de 2014.

FABRICANTE

Datex-Ohmeda, Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR

General Electric Healthcare España, SA. C/ Gobelas 35-37, 28023 Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con posibles vulnerabilidades de ciberseguridad identificadas en determinados sistemas de anestesia Aespire 7100/Carestation y Aestiva 7100/7900/MRI, cuando se conectan a la red del hospital.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa.