ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-520	PS/NA/53846

PRODUCTO

Sistemas de ventilación de la gama MONNAL:

- Monnal T40 (KC027600), Monnal T40 DE (KC037500).
- Monnal T50 (KC027500, KC072219, KC07220), Monnal T50 DE (KC037600), Monnal T50 JP (KC039100).
- Monnal T60 (KA010000, KA017114, KA01115), Monnal T60 JP (KA013700).
- Monnal T75 (KB022600, KB040001), Monnal T75 JP (KB0321), Monnal T75 C02 (KB033600, KB040003).

FABRICANTE

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS, Francia.

DISTRIBUIDORES EN ESPAÑA:

- AL MEDICINAL HP ESPAÑA SLU., Apdo. de correos 6019, 28080 Madrid.
- INSANEX S.L SUMINISTROS HOSPITALARIOS, Camino Bajo de Getafe 3, polígono industrial Sevilla, 28946 Fuenlabrada, Madrid.
- PROYECTOS HOSPITALARIOS INTERNACIONAL S.A., Avda Pío XII, 6 28016.
- GDM S.L., C/ Cruceiro 38, bajo, András, 36620 Vilanova de Arousa, Pontevedra.

ASUNTO

Advertencias de seguridad y adendas al manual de uso de los ventiladores de la gama MONNAL respecto a la colocación de los filtros de protección bacteriológicos y a la limpieza y desinfección de las válvulas espiratorias MONNAL EVA reutilizables.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 23/09/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: 5 L 5 8 J A E 6 3 8

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89