MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA	**REFERENCIA**
2019-521	PS/NC/54160

PRODUCTO

- Monitores de Cabecera serie Life Scope G5, modelo CSM-1501/1502, con unidades principales CU-151RK y CU-152RK
- Monitores de Cabecera serie Life Scope G7, modelo CSM-1701/1702, con unidades principales CU-171RK y CU-172RK.

VERSION SOFTWARE

Versiones de software inferiores a 02-15.

FABRICANTE

Nihon Kohden, Japón.

DISTRIBUIDOR

Nihon Kohden Iberica S.L, C/ Ulises nº 75A, 28043 Madrid.

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con posibles fallos de funcionamiento que pueden llevar a un apagado inesperado de determinados Monitores de Cabecera Life Scope G5 y G7, o a la aparición de falsos mensajes de "Conectar la Unidad de Entrada de Parámetros" o "Unidad de Entrada de Parámetros Desconectada".

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso de la empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 23/09/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: 7 W J A 8 F 8 F 3 5

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89