ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-526	PS/PRV/54662

PRODUCTO
Transductores Transesofágicos (ETE) Philips S7-3t y S8-3t.

FINALIDAD PREVISTA
Transductores sectoriales omniplanos utilizados para la realización de estudios de imagen cardiaca a través del esófago.

Nº SERIE
La empresa indicará a cada centro en su nota de aviso los números de serie afectados.

FABRICANTE
Philips Ultrasound Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica, S.A.U. sita en calle María de Portugal 1, 28050 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad y reemplazo de determinados transductores S7-3t y S8-3t debido a la posibilidad de que la punta del transductor no mida correctamente la temperatura y no se autoenfrien durante su uso, lo que podría dar lugar a quemaduras del tejido esofágico del paciente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa