ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-528	PS/PF/54565

PRODUCTO

- VITROS® Chemistry Products Cl- Slides, código de producto 6844471, nº de identificador único 10758750031658, nº de ID del revestimiento 0679, 0681, 0683, 0684, 0687, 0690, 0691, 0695, 0697, 0701, 0702 y 0708
- VITROS® Chemistry Products K+ Slides, código de producto 8157596, nº de identificador único 10758750010233, nº de ID del revestimiento 0995-1002, 1004-1006, 1008-1010, 1012-1020

FINALIDAD PREVISTA

Los VITROS® Chemistry Products Cl- Slides miden cuantitativamente la concentración de cloruro (Cl-) en suero, plasma y orina utilizando los VITROS 250/350/5,1FS/4600 Chemistry Systems y los VITROS 5600/XT 7600 Integrated Systems.
Los VITROS® Chemistry Products K+ Slides miden cuantitativamente la concentración de potasio (K+) en suero, plasma y orina utilizando los VITROS 250/350/5,1FS/4600 Chemistry Systems y los VITROS 5600/XT 7600 Integrated Systems.

Nº LOTE

Ver los números de lote afectados en el listado adjunto a la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE

Ortho Clinical Diagnostics Inc, EEUU

DISTRIBUIDOR

Ortho Clinical Diagnostics Spain S.L.U., Avda Partenón 10- 3ª Planta, Campo de las Naciones 28042, Madrid

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con posibles problemas de dispensación intermitente de slides con determinados cartuchos de slides de VITROS® Chemistry Products Cl- y VITROS® Chemistry Products K+, debido a que la placa antirretroceso no avanza dentro del cartucho.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa