MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-529	PS/NA/54847
PRODUCTO MOSAIQ versión 2.0 y posteriores.	
FINALIDAD PREVISTA Sistema de gestión clínica y administrativa de oncología médica y radioterápica.	
FABRICANTE Elekta Inc., Estados Unidos.	
DISTRIBUIDOR Elekta Medical S.A. C/. Manuel Tovar 43, 28034 Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad debido a que en los sistemas MOSAIQ que utilizan la versión 2.0 y versiones superiores, se pueden introducir por accidente valores métricos en los campos de altura y peso etiquetados como unidades estándar de EEUU, y si no se detecta el error se podría administrar al paciente una dosis de fármaco mayor de la necesaria.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS • Nota de aviso empresa.	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 27/09/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: 3 6 6 E B 2 7 9 A A

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89