ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-532	PS/PRV/54818

PRODUCTO
Placa calefactora de embriología Coopersurgical del sistema RI Witness™
Números de referencia 6-70-807, 6-70-807-A y 6-70-807-B

Nº SERIE
Ver números de serie afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
CooperSurgical Inc, EEUU.

DISTRIBUIDOR
EMB S.A. Equipos Médico – Biológicos, Can Rabia 13, Locales 3 y 4, 08017 Barcelona.

ASUNTO
Advertencias de seguridad debido a la posibilidad de que el panel táctil de determinadas placas calefactoras de embriología CooperSurgical del sistema RI Witness, no funcione correctamente tras su limpieza.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa