MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-540	PS/CV/CRV/39844

PRODUCTO
Carcasas asépticas Stryker SmartLife, tamaño grande, Nº de catálogo 7126-120-000

FINALIDAD DE USO
Accesorios diseñados para alojar las baterías no estériles de Stryker, proporcionando la interfaz con la pieza de mano y mejorando la asepsia en el campo quirúrgico.

FABRICANTE
Stryker Instruments, EEUU

DISTRIBUIDOR
Stryker Iberia S.L., Calle Sepúlveda, 17, 28108 Alcobendas, Madrid.

ASUNTO
Instrucciones y advertencias de seguridad para la correcta limpieza de las carcasas asépticas Stryker SmartLife, tamaño grande, Nº de catálogo 7126-120-000

INFORMACION ADICIONAL
En marzo de 2017, el fabricante emitió una nota de aviso con advertencias de seguridad para la correcta limpieza de las carcasas de acuerdo a las instrucciones de cuidado del dispositivo. La AEMPS transmitió esta información el 21 de junio de 2017, alerta 2017-336.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 04/10/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: W A A E J V 6 C 1 C

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89