MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-539	PS/PPR/54925

PRODUCTO
Analizador Atellica® UAS 800 y Sistema Automatizado de Urianálisis Atellica® 1500, Número de material Siemens (SMN) 11065004

FINALIDAD PREVISTA
Analizadores de inmunoensayo y bioquímica clínica.

VERSION SOFTWARE
Versión V4.0.220 y todas las superiores

FABRICANTE
Siemens Healthcare Diagnostics Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR
Siemens Healthcare S.L.U., Avenida Leonardo Da Vinci, 15, 28906 Getafe, Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad debido a la posibilidad de que en determinados Analizadores Atellica® UAS 800 y Sistemas Automatizados de Urianálisis Atellica® 1500, se produzca un error de comunicación en el software de aplicación del sistema, cuando se utiliza el protocolo de comunicación (ASTM) para conectarse con el Sistema de información de laboratorio (LIS).

DOCUMENTOS ADJUNTOS
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 04/10/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: 8 L B F V F Q 0 D 2

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89