MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-545	PS/AG/55025

PRODUCTO
Tiras de química de orina IChemVELOCITY, referencia 800-7204.

FABRICANTE
Beckman Coulter, Irlanda.

DISTRIBUIDOR
Beckman Coulter S.L.U., Torre Realia, Plaza Europa 41-43, 4ª planta, 08908 L'Hospitalet deLlobregat, Barcelona

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con las tiras de orina iChemVELOCITY, referencia 800-7204, al habertse identificado una discrepancia en el prospecto y en las instrucciones de uso sobre el límite de interferencia de glucosa en los leucocitos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 08/10/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: 4 Y T G Y 8 L 1 2 E

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89