ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-543	PS/PF/54561

PRODUCTO
Tarjetas DC-Screening II, número identificativo 50560 y números de referencia 004831, 004836, 004837

FINALIDAD PREVISTA
Las tarjetas DC-Screening II se utilizan para diferenciar si los eritrocitos están recubiertos por inmunoglobulinas o moléculas del complemento cuando la prueba de antiglobulina directa (DAT) ha sido positiva.

Nº LOTE
50560 94 01, 50560 94 02 y 50560 94 03

FABRICANTE
DiaMed GmbH, Suiza

DISTRIBUIDOR
Bio-Rad Laboratories S.A., Calle Caléndula 95, 28109 El Soto de la Moraleja, Alcobendas, Madrid

ASUNTO
Cese de utilización y revisión de los resultados negativos obtenidos con determinados lotes de las tarjetas DC-Screening II debido a la posibilidad de obtener resultados falsos negativos cuando las muestras contienen glóbulos rojos recubiertos sólo con pequeñas cantidades de C3d/C3b (sin IgG)

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa