ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-551	PS/CGG/55158

PRODUCTO
Analizador Atellica® CH 930, Número de material Siemens (SMN) 11067000

FINALIDAD PREVISTA
Analizador automatizado de química clínica diseñado para realizar pruebas de diagnóstico *in vitro* en muestras clínicas. Las aplicaciones de ensayo inmunológico y químico del sistema utilizan tecnología fotométrica, turbidimétrica y de electrodo selectivo de iones para el uso clínico.

VERSIONES SOFTWARE
Versión V1.20.0 y anteriores

FABRICANTE
Siemens Healthcare Diagnostics Inc., Estados Unidos

DISTRIBUIDOR
Siemens Healthcare S.L.U., Avenida Leonardo Da Vinci 15, 28906 Getafe, Madrid

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de que en los analizadores Atellica® CH 930 con versiones de software 1.20.0 y anteriores, se produzca un problema de calibración cuando en el mismo ensayo se solicitan manualmente al mismo tiempo una calibración del lote de reactivos y una calibración del paquete de reactivos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa