MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-557	PS/CGG/55074

PRODUCTO
Implante dental TBR ® Infinity, referencia I411

Nº LOTE
18I1413 (fecha de fabricación: 18-12-2018; fecha de caducidad: 01-11-2023)

FABRICANTE
Sudimplant S.A.S, Francia

DISTRIBUIDOR
Importación Dental Especialidades S.L., Avenida de las Nieves 8, 28935 Móstoles, Madrid

ASUNTO
Retirada del mercado del lote 18I1413 de los implantes dentales TBR ® Infinity (referencia I411), debido a la posibilidad de que en la etiqueta de trazabilidad aparezca una referencia de implante incorrecta.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 14/10/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: 8 W T F L Y T 5 6 7

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89