ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-555	PS/PRV/54849

PRODUCTO

- Gamma cámara Forte. Código de sistema 882020
- Gamma cámara Forte JETStream AZ. Código de sistema 882320

FINALIDAD PREVISTA

Sistemas diseñados para la obtención de imágenes que representan la distribución anatómica de radioisótopos monofotónicos y emisores de positrones dentro del cuerpo para su interpretación por parte del personal médico.

Nº SERIE

La empresa indicará a cada centro en su nota de aviso los números de serie afectados.

FABRICANTE

Philips Healthcare, EEUU.

DISTRIBUIDOR

Philips Ibérica, S.A., C/ María de Portugal, 1, 28050 Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad y cese de utilización de los sistemas Gamma cámara Forte y Forte JETStream AZ, debido a la posibilidad de que se produzca la caída vertical inesperada de los detectores por un fallo mecánico.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa