ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-549	PS/PPR/55117

PRODUCTOS
SOMATOM Force, SOMATOM Definition AS, SOMATOM Definition Edge, SOMATOM Definition Flash, SOMATOM Drive, SOMATOM Confidence, SOMATOM Edge Plus

FINALIDAD PREVISTA
Sistemas de tomografía computarizada para la exploración de todo el cuerpo

VERSION SOFTWARE
Syngo CT VB10 o *Syngo* CT VB20

FABRICANTE
Siemens Healthcare GmbH, Alemania

DISTRIBUIDOR
Siemens Healthcare S.L.U., Av. Leonardo Da Vinci, 15, 28906 Getafe, Madrid

ASUNTO
Advertencia de seguridad y actualización del software de determinados sistemas de tomografía SOMATOM a la versión S*yngo* CT VB20 Service Pack 1 y S*yngo* CT VB20 Service Pack 2, debido a la posibilidad de que se produzcan problemas técnicos relacionados con la seguridad que podrían provocar el bloqueo de los sistemas.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa