MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-550	PS/AG/55035

PRODUCTOS

- Sistema estéril HandyVac™ para el drenaje postoperatorio de heridas quirúrgicas
- Cánulas orofaríngeas de Guedel
- Conector universal
- Bolsas de recambio para el sistema de monitorización de diuresis horaria UnoMeter™ 500
- Set de drenaje pleural.

REFERENCIAS Y N^{OS} LOTE

Ver referencias y n^{OS} de lotes afectados en el Anexo A de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

Convatec Limited, Reino Unido.

DISTRIBUIDOR

Convatec S.L., C/ Constitución 1, 3ª Planta, CP 08960, Sant Just Desvern, Barcelona.

ASUNTO

Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de productos de Convatec debido a la posibilidad de que se produzca una perforación en el envase, lo que podría comprometer la esterilidad de los productos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa
- Anexo A: listado de productos afectados

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 14/10/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: W C A P P E R C 0 2

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89