ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-569	PS/PRV/55118

PRODUCTO
Biosynex Adenovirus/Rotavirus BSS, referencia SW40001

FINALIDAD PREVISTA
Ensayo visual inmunocromatográfico rápido para la detección cualitativa de Rotavirus y Adenovirus en muestras de heces humanas. Indicado para su uso como ayuda en el diagnóstico de infecciones por Rotavirus y Adenovirus.

FABRICANTE
Biosynex Swiss SA, Suiza.

DISTRIBUIDOR
Master-Labor, S.L., C/ San Rufo, 1, 28011 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad y actualización de las instrucciones de uso de la prueba Biosynex Adenovirus/Rotavirus BSS, debido a la posibilidad de que se produzcan reacciones no específicas en adultos, pudiendo obtenerse resultados falsos positivos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso de la empresa
- Instrucciones de uso actualizadas