ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-567	PS/PRV/55276

PRODUCTOS
Guía de broca craneal AD-TECH®, referencia DSG-90-2.3N

FINALIDAD PREVISTA
Accesorio del sistema de broca craneal AD-TECH®, utilizado para perforar agujeros en el cráneo en procedimientos neurológicos, como biopsias cerebrales, electrodos de contacto cerebral y colocación de dispositivos accesorios de electrodos

Nº LOTE
513210

FABRICANTE
Ad-Tech Medical Instrument Corporation, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Almevan S.L., Avda. Valdelaparra 27, Ed. 1, 28108 Alconbendas, Madrid.

ASUNTO
Retirada del mercado del lote 513210 de la guía de broca craneal AD-TECH®, referencia DSG-90-2.3N, debido a que su diámetro interior se encuentra por debajo de especificaciones, lo que podría producir que la broca se atasque en la guía durante la intervención.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa