MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-571	PS/SSH/55156

PRODUCTO
Sistema VENTANA HE 600. Referencia 06917259001.

FINALIDAD PREVISTA
Sistema para la tinción con hematoxilina y eosina de secciones histológicas de tejidos embebidos en parafina fijados con formalina.

FABRICANTE
Ventana Medical Systems Inc, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Roche Diagnostics S.L.U., Av. de la Generalitat, 171-173, E-08174 Sant Cugat del Vallès.

ASUNTO
Advertencias de seguridad, debido a la posibilidad de que tenga lugar una fuga de líquido en el módulo de tinción del Sistema VENTANA HE 600, lo que podría provocar un cortocircuito y daños en los componentes eléctricos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 23/10/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: N S F K 2 T 5 C 5 C

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89