ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-533	PS/CH/54834

PRODUCTO

Audífonos retroarticulares e intrauriculares Beltone y Resound, reparados por GN Hearing Care entre el 14 de agosto y el 5 de septiembre de 2019.

Nº DE SERIE

La empresa indicará a cada centro en el listado "Acuse de Recibo y Respuesta" adjunto a su nota de aviso los números de serie afectados.

FABRICANTE

GN Hearing Care, S.A.U., Dinamarca.

DISTRIBUIDOR

GN Hearing Care, S.A.U. ; Puerto de la Morcuera, 14-16; CP 28919, Leganés, Madrid.

ASUNTO

Retirada del mercado de determinados números de serie de audífonos Beltone y Resound, reparados entre el 14 de agosto y el 5 de septiembre de 2019, debido a la posibilidad de que un error en el programa cause que el usuario experimente una ganancia adicional no intencionada de la capacidad auditiva de diferentes grados.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa
- Nota informativa AEMPS PS,26/2019