MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-570	PS/CGG/55325

PRODUCTOS

Catéter de transferencia de embriones:

- Guardia™ Access, referencia K-JETS-7019 (G34783)
- Guardia™ Access Nano, referencia K-JETS-551910-S (G24216)

N^{os} LOTE

- 8361746 (Guardia™ Access)
- 9502915 (Guardia™ Access Nano)

FABRICANTE

Cook Incorporated, Estados Unidos

DISTRIBUIDOR

Cook Medical EUDC, Robert-Koch-Straße 2, 52499 Baesweiler, Alemania

ASUNTO

Retirada del mercado de determinados lotes de los catéteres de transferencia de embriones Guardia™ Access y Guardia™ Access Nano, debido a la posibilidad de que presenten la punta distal doblada, lo que podría dificultar el avance del catéter de transferencia a través del catéter guía.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 23/10/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: R A X Q Z Y A 9 C 2

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89