ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-553	PS/CH/54872

PRODUCTO

Productos implantables e instrumentos para traumatología Biomet, fabricados antes de marzo de 2018, que figuran en el anexo 2-Lista de productos de la Nota de Aviso de la empresa.

FABRICANTE

Biomet Orthopedics, EEUU.

DISTRIBUIDOR

Zimmer Biomet Spain, S.L.U.,C/Metalurgia 32, planta 1 08038 Barcelona.

ASUNTO

Retirada del mercado de determinadas referencias y números de lote de productos implantables e instrumentos para traumatología Biomet, fabricados antes de marzo de 2018, debido a la posibilidad de que los procesos de limpieza realizados antes de la fecha mencionada puedan dar lugar a niveles elevados de endotoxina bacteriana y desechos residuales en los productos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 23/10/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: K C N 6 5 6 A A 1 E

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89