ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-575	PS/PF/55324

PRODUCTO
Analizador Atellica CH 930, Número de material Siemens (SMN) 11067000

FINALIDAD PREVISTA
Analizador de bioquímica clínica.

VERSION SOFTWARE
V1.19.2 y V1.20.0

FABRICANTE
Siemens Healthcare Diagnostics Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR
Siemens Healthcare S.L.U., Avda. Leonardo da Vinci 15, 28906 Getafe, Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad debido a que cuando se escanean los códigos de barras en la consola del módulo para los fluidos del sistema de Tecnología de Multisensor Integrado (IMT) en los analizadores Atellica CH 930, con versiones de software V1.19.2 y V1.20.0, el sistema traducirá los separadores de punto decimal a comas, pudiéndose obtener resultados erróneos de Na, K y Cl en muestras de pacientes y de los controles de calidad.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa