ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-574	PS/PF/55314
PRODUCTO Kit factor reumatoide Optilite LK151.OPT	
Nº LOTE 428229	
FABRICANTE The Binding Site Group Limited, UK	
DISTRIBUIDOR The Binding Site Company (Specialist Protein Company) S.L., Paseo de la Zona Franca 111 – 11C, 08038 Barcelona	
ASUNTO Advertencia de seguridad debido a que el valor del calibrador del factor reumatoide asignado en el lote 428229 del Kit factor reumatoide Optilite LK151.OPT tiene una recuperación en exceso del 7% en comparación con el material de referencia para factor reumatoide en suero NIBSC. Ref 64/002 (estándar de la OMS 64/2) pudiéndose obtener resultados fuera de la normalidad.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	