ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-584	PS/AG/54042

PRODUCTO
Kit para la toma de muestras de sangre del cuero cabelludo fetal de NuSurgix, referencia 0VN8002 utilizados con amnioscopios Natalux.

FABRICANTE
Rocket Medical plc, Reino Unido.

DISTRIBUIDOR
Vygon, calle Ciudad de Sevilla, 34, Polígono Industrial Fuente del Jarro, 46988 Paterna, Valencia.

ASUNTO
Advertencias de seguridad y actualización de las instrucciones de uso del kit para la toma de muestras de sangre del cuero cabelludo fetal NuSurgix, referencia 0VN8002, debido a la incompatibilidad del aerosol de cloruro de etilo (suministrado en el kit) y el plástico ABS (material plástico utilizado en estos amnioscopios).

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa