# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2019-578 | PS/NA/55360 |

**PRODUCTO**
Stent pancreático ADVANIX.

**FINALIDAD PREVISTA**
Stent polimérico no bioabsorbible para el drenaje del conducto pancreático.

**REFERENCIA Y Nº LOTE**
Ver referencias y nºs de lote afectados en el anexo I de la nota de aviso de la empresa.

**FABRICANTE**
Boston Scientific Corporation, EEUU.

**DISTRIBUIDOR**
Boston Scientific Ibérica S.A. C/ Ribera del Loira, 38. Edificio 4, 3ª planta, 28042 Madrid.

**ASUNTO**
Cese de la utilización y retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de stents pancreáticos Advanix, debido a que la fecha de caducidad que se indica en la etiqueta es incorrecta, siendo posterior a la fecha de caducidad correcta.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS**

- Nota de aviso empresa.