ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-593	PS/CH/55213

PRODUCTO

Bomba de infusión de insulina t:Slim X2, modelo 1002682,
Bomba de insulina t:Slim X2 con tecnología Basal-IQ™, modelo 1004219,
Kit de accesorios: Cable de carga, adaptadores de corriente, modelos 1003104 y 1004232

FABRICANTE

Tandem Diabetes Care, Inc. EEUU.

DISTRIBUIDOR

NOVALAB IBÉRICA S.A.U, C/ Argentina, 2 Nave 10 A, Alcalá de Henares, 28806, Madrid.

ASUNTO

Cese de la utilización y retirada del mercado de los adaptadores de corriente A/C, suministrados originalmente junto con la Bomba de insulina t:Slim X2, debido a la posibilidad de que se rompan y queden expuestas las puntas metálicas contenidas dentro del adaptador, pudiendo ocasionar lesiones cuando esté conectado a la corriente eléctrica.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa Profesionales Sanitarios
- Nota de Aviso empresa Pacientes.
- Nota Informativa PS, 27/2019